

福建建筑学校食品药品检验仪器采购公告

为满足2024年全国职业院校技能大赛食品药品检验赛项我校选手训练需要，我校拟采购2台紫外可见分光光度计，欢迎符合资质条件的公司前来参与。

一、项目概况：

1. 项目名称及内容：食品药品检验赛项竞赛仪器采购项目，仪器数量及参数要求，详见附件 1。

2. 项目地点：福建建筑学校。

一、资格要求：

1. 公司资质要求：具有境内合法注册的企业，营业执照具有实验仪器设备经营许可。

2. 报送投标材料内容：设备报价单（详见附件 2）、提供经年检合格的法人营业执照（复印件）、法人授权委托书、原生产厂家针对本项目委托授权书（原件）。

3. 本项目不接受联合体。

4. 资料提交时间及地点：潜在供应商递交投标材料的截至时间为 2024 年 6 月 28 日上午 11 时 30 分，请潜在供应商在 2024 年 6 月 28 日上午 10 时 30 分—2024 年 6 月 28 日上午 11 时 30 分将投标材料送达福建建筑学校筑成楼 310 办公室。投标联系人：郑老师 电话：13459114667，项目咨询：陈老师 电话 13960776364。

5. 逾期送达的或未送达指定地点或不符合规定的投标文件，采购人不予受理。

6. 评审方式：本项目最高报价不超过 49000 元，资格预审合格，采用最低价中标，若价格相同，由校采购领导小组抽签决定。

7. 签订合同：获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时间内与学校签订一份四式的中标采购合同，签订合同的具体时间另行通知。

8. 付款方式：验收合格后，由中标人出具相应金额的发票，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

福建建筑学校
2023 年 6 月 21 日

附件 1：

仪器数量及参数要求

仪器名称	规格型号	数量	总价	备注
紫外可见分光光度计	UV1800PC-DS2	2 台		加★号为重要参数，必须满足。
设备参数: 1. 光学系统：高性能全息光栅1200条/毫米 2. 波长范围：190~1100nm 3. 光谱带宽：2nm 4. 波长准确度：±0.5nm 5. 波长重复性：≤0.2nm 6. 光度准确度：±0.3% T (0~100%T)；±0.002A(0~0.5A)；±0.004A(0.5~1A) 7. 光度重复性：≤0.15% T (0~100%T)；≤0.001A(0~0.5A)；≤0.002A(0.5~1A) 8. 基线漂移：±0.001A/h @500nm 9. 杂散光：≤0.05%T@220nm , 360nm 10. 噪声：≤0.0005A(500nm处) 11. 基线平直度：±0.002A 12. 显示方式：128*64大屏幕液晶显示 13. 工作方式：T, A, C, E 14. 波长设置方式：自动 15. 显示范围：0~200% T , -0.3~ 3A 16. 检测器：硅光二极管 17. 光源：长寿命钨灯，氘灯 18. 键盘：薄膜数字式按键 19. ★该仪器具备槽差校正功能（投标时需提供该功能截图） 20. ★具备一键重测样品改变标准曲线的功能（投标时需提供该功能截图） 仪器配置: ★ 仪器配备全国职业技能大赛食品药品检验赛项软件加密狗各一个 ★ 氘灯和卤钨灯备用各一个 ★ 玻璃比色皿1盒/四支，ΔT≥99.5% @440nm ★ 石英比色皿1盒/两支，ΔT≥99.5% @220nm				
交货时间：现货供应，合同签订后一周内完成交货。				
售后服务技术要求: 1、设备自验收合格之日起保修一年。 2、质量保修期内设备运行发生故障时，供应商维修响应时间为 4 小时， 12 小时内派专业技术人员到达现场免费提供咨询、维修服务。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的，则提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。 3、维保服务期后的服务要求：免费维保服务期结束后，供应商仍负责对货物提供终身维 修服务，更换配件时只能收取配件的成本费。				

附件 2

设备报价单

序号	设备名称	设备型号	单价	数量	总价	备注
合计（大写）：						

报价人信息：

报价人：

报价日期：

手机：

公司名称（单位公章）：

公司地址：